



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.01.07.М.000677.04.26

Дата 01.04.2026

Основание для производства экспертизы: заявление № 26/02.07.000298-1 от 09.02.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 27.02.2026 по 01.04.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: врачом по радиационной гигиене отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз отдела радиационной гигиены Магерамовым Э.А., образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация по специальности "радиационная гигиена"

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИ ДЕНТ" (ООО "ОПТИ ДЕНТ")  
ИНН:7708453882, ОГРН:1257700389748

Юридический адрес: 107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1

Фактический адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, улица Верхняя Красносельская, дом 20, строение 1

Объект экспертизы: Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация

Место проведения работ:

Рентгенодиагностический кабинет на первом этаже.

- Аппарат рентгеновский цифровой панорамный "ORTHOPHOS XG" в исполнении "ORTHOPHOS XG 3", зав. № 068-633047, 2020/2025 года выпуска/года монтажа, производитель "SIRONA Dental Systems GmbH", Германия.

- Аппарат рентгеновский цифровой панорамный "ORTHOPHOS XG" в исполнении "ORTHOPHOS XG 3Dready CepH", зав. № 51181, 2017/2025 года выпуска/года монтажа, производитель "SIRONA Dental Systems GmbH", Германия.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0107-00685/ВД от 01.04.2026

Заключение: Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) "Нормы радиационной безопасности"; СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности"; СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения" (глава X)



Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



В.Ю. Иванов

008053